

2023年8月2日

お客様各位

## アトムメディカル株式会社

### ラベル表示間違いに伴う製品の自主改修と市場対応のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社にて販売しております一部の製品におきまして、個装梱包ラベル及び外箱梱包ラベルの GS1-128 のバーコード表記において、本来「製造年月日」を示す部分が「使用期限」を意味する表記となっている誤りが判明いたしました。したがって、埼玉県へ届け出の上で、下記の通り、製品の自主改修及び市場対応を実施することに至りました。

弊社担当者が対象施設にお伺いし、自主改修対象の製品については、正規のラベルに貼り替えさせていただきます。また、市場対応製品につきましては、回収させていただき、同時に正しいラベル表示品と交換させていただきます。何卒、御理解、御協力の程よろしくお願い申し上げます。

お客様には多大なご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。今後、品質管理を強化し再発防止に努めてまいりますので、引き続き、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■自主改修対象製品

製品名、改修対象数量は下記表の通りです。

改修対象数量：112台

対象製造番号：下記表の通り

対象製品製造時期：下記表の通り

※上記数量は出荷済みの数量です。届出数量は202台となっておりますが、未出荷分(対応済)を含んでいるためです。

製品名	対象数	対象製造期間
メグジョイ EX (固定, 回転)	27	3/20-6/30
114652350003 114652350004 114652355002 114652355003 114652355004 114652375003 114652375004 114652375005 114652375006 114662350003 114662350004 114662350005 114662350006 114662350007 114662350008 114662350009 114662355001 114662355002 114662375005 114662375006 114662375007 114662375008 114662375009 114662375010 114662375011 114662376001 114662383001		
メグジョイ シンプル	8	4/3-6/30
114752350012 114752350013 114752350014 114752350015 114752350016 114752350017 114752350018 114752379001		
マミージョイ クラシック	2	3/31-6/30
143102350010 143102376001		
マミージョイ LDR	14	3/31-6/30
143202350028 143202350029 143202350030 143202350031 143202350032 143202350033 143202350034 143202350035 143202350036 143202350037 143202350038 143202350039 143202375003 143322350012		
マミージョイ デリバリ	5	3/31-6/30
143252350001 143252350002 143252350003 143262350001 143242350001		
マミージョイ オペ	2	4/7-6/30
143152362001 143152350003		
アトムサニライザ 303	54	3/28-7/7
320802300046 320802300047 320802300048 320802300049 320802300050 320802300051 320802300052 320802300053 320802300054 320802300055 320802300056 320802300057 320802300058 320802300059 320802300060 320802300061 320802300062 320802300063 320802300064 320802300065 320802300066 320802300067 320802300068 320802300069 320802300070 320802300071 320802300072 320802300073 320802300074 320802300075 320802300076 320802300077 320802300078 320802300079 320802300080 320802300081 320802300082 320802300083 320802300084 320802300085 320802300086 320802300087 320802300088 320802300089 320802300090 320802300091 320802300092 320802300093 320802300094 320802300095 320802300096 320802300097 320802300098 320802300099		

なお、弊社では納入先について、全て把握できております。

■市場対応対象製品

製 品 名： 患者回路/レサシフロー用

回 収 対 象 数 量： 44 箱

回 収 対 象 ロ ッ ト： 2304

回 収 対 象 出 荷 時 期： 2023 年 6 月 28 日 ～ 2023 年 6 月 30 日

■本件に関するお問合せ先

アトムメディカル株式会社

カスタマーサポートフリーコール 0800-111-6050

(上記でつながらない場合 03-6388-9887)

以上