

2024年7月2日

お客様各位

アトムメディカル株式会社

『フィリップス社製 分娩監視装置 FM 超音波トランスデューサ（有線）』 自主改修に関する重要なお知らせ

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社にて販売しております『フィリップス社製 分娩監視装置 FM 超音波トランスデューサ（有線）』におきまして、このたび製造販売元である株式会社フィリップス・ジャパンより、市場安全通知「URGENT Field Safety Notice（文書番号：2024-CC-HPM-021）」、並びに自主改修「Field Change Order（文書番号：FCO86202016A）」が発行されましたので下記の通りご案内申し上げます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■市場安全通知

現状の分娩監視装置 FM および超音波トランスデューサ（有線）をご使用いただく際の注意点に関するお願いです。

■自主改修

フィリップス社による市場安全通知に基づき、改善のために対象の超音波トランスデューサのソフトウェアアップデートを行います。

※対象となる製品をご使用のご施設様へは、弊社担当者が別途ご説明にお伺いいたします。

【対象製品】超音波トランスデューサ FM シリーズ用（製品コード：15450）

■本件に関するお問い合わせ先

アトムメディカル株式会社
カスタマーサポート フリーコール 0800-111-6050
(上記でつながらない場合 03-6388-9887)

以上